




血氨含量检测试剂盒

Blood Ammonia Content Assay Kit



北京盒子生工科技有限公司
Beijing Boxbio Science & Technology Co., Ltd.



血氨含量检测试剂盒

Blood Ammonia Content Assay Kit

一、产品描述

血氨主要来源是内源性氨和外源性氨，血氨含量在血液中保持稳定状态，主要在肝脏完成代谢解毒过程，当肝功能严重损害时，氨不能被解毒并在中枢神经系统聚集，从而导致肝性脑病。

通过蛋白沉淀剂将血清（浆）样品中蛋白沉淀后，利用酚-次氯酸盐直接显色法测定血氨，生成的蓝色靛酚和氨的浓度呈正比，产物在 630 nm 处具有特征吸收峰，通过吸光值变化即可定量检测血氨的含量。

二、产品内容

名称		试剂规格	储存条件	使用方法及注意事项
提取液		液体 25 mL×1 瓶	4°C保存	-
试剂一	组分 A	液体 2.5 mL×1 瓶	4°C保存	使用前按组分 A:组分 B=1:4 的体积比配制 (根据使用量现用现配，变色后则停止使用)
	组分 B	液体 10 mL×1 瓶	4°C保存	
试剂二		液体 12 mL×1 瓶	4°C保存	-
标准液		液体 1 mL×1 支	4°C保存	100 μmol/mL 氮标准液
标准应用液的制备（现用现配）：使用前将 100 μmol/mL 氮标准液使用蒸馏水稀释至 2 μmol/mL 即为标准应用液。				

三、产品使用说明

测定过程中所需要的仪器和试剂：酶标仪、96 孔板、可调式移液器、台式离心机、恒温培养箱/恒温水浴和蒸馏水。

1.测定步骤

①酶标仪预热 30 min 以上，调节波长至 630 nm。

②在离心管中依次加入下列试剂：

试剂	测定管 (μL)	标准管 (μL)	空白管 (μL)
血清（浆）	40	-	-
标准应用液	-	40	-
蒸馏水	-	-	40
提取液	200	200	200
充分混匀			
8000 g 常温离心 10 min, 取上清液			
上清液	100	100	100
试剂一	100	100	100
试剂二	100	100	100
充分混匀, 37°C显色 20 min			

吸光值测定：吸取 200 μL 反应液至 96 孔板中，测定 630 nm 处吸光值，记为 A 测定、A 标准和 A 空白；计算 $\Delta A_{\text{测定}} = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$ ， $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}$ 。注：标准管和空白管只需测定 1-2 次。

2. 血氨含量计算

$$\text{血氨含量 } (\mu\text{mol/mL}) = \frac{C_{\text{标}} \times \Delta A_{\text{测定}}}{\Delta A_{\text{标准}}} = \frac{2 \times \Delta A_{\text{测定}}}{\Delta A_{\text{标准}}}$$

注释：C标：标准应用液浓度，2 μmol/mL； $\Delta A_{\text{测定}} = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$ ； $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}$ 。

四、注意事项

①若 A 测定大于 1.0，建议将待测血清（浆）适当稀释后再进行测定，若 A 测定小于 0.01，建议适当调整血清（浆）与提取液比例后再进行测定，计算时相应修改。

②所用器材和取血装置均应无氨，采血后应立即测定，不能使用溶血样本；

③为保证结果准确且避免试剂损失，测定前请仔细阅读说明书（以实际收到说明书内容为准），确认试剂储存和准备是否充分，操作步骤是否清楚，且务必取 2-3 个预期差异较大的样本进行预测定，过程中问题请您及时与工作人员联系。

For Research Use Only. Not for Use in Diagnostic Procedures.

Beijing Boxbio Science & Technology Co., Ltd.

Not for further distribution without written consent. Copyright © 2020 Boxbio, All Rights Reserved.

boxbio

Manufactured and Distributed by

Beijing Boxbio Science & Technology Co., Ltd.
Liandong U Valley, Tongzhou District, Beijing, China

TEL: 400-805-8228

E-MAIL: techsupport@boxbio.cn

Copyright © 2020 Boxbio, All Rights Reserved.

