



线粒体呼吸链复合体 I 活性检测试剂盒

Mitochondrial Respiratory Complex I Activity Assay Kit



北京盒子生工科技有限公司
Beijing Boxbio Science & Technology Co., Ltd.



线粒体呼吸链复合体 I 活性检测试剂盒

Mitochondrial Respiratory Complex I Activity Assay Kit

一、产品描述

复合体 I 是呼吸链电子传递的起始复合体，是由 NADH 脱氢酶和一系列铁硫蛋白组成，且能够催化一对电子从 NADH 传递给泛醌 (CoQ)，又称 NADH 脱氢酶或 NADH-CoQ 还原酶，广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞的线粒体中，是线粒体内膜中最大的蛋白复合物。复合体 I 活性的测定对呼吸电子传递链 (ETC) 和活性氧 (ROS) 生成状态分析具有重要意义。

复合体 I 能够催化 NADH 脱氢生成 NAD^+ ，NADH 在 340 nm 处具有特征吸收峰，通过测定 NADH 的氧化速率即可表征复合体 I 的活性。

二、产品内容

名称	试剂规格	储存条件	使用方法及注意事项
提取液 A	液体 40 mL×1 瓶	4°C 保存	-
提取液 B	液体 6 mL×1 瓶	-20°C 保存	-
提取液 C	液体 0.6 mL×1 支	-20°C 保存	-
试剂一	液体 25 mL×1 瓶	4°C 保存	-
试剂二	粉剂×1 瓶	4°C 保存	使用前加入 4 mL 无水乙醇充分溶解 (使用后密封保存，配制后 4°C 可保存 1 个月)
试剂三	液体 2 mL×1 瓶	-20°C 保存	-
试剂四	粉剂×1 瓶	-20°C 保存	使用前加入 2.4 mL 蒸馏水充分溶解 (配制后 -20°C 可保存 1 个月，避免反复冻融)

需自备试剂：无水乙醇 ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ，MW=46.07，CAS: 64-17-5)

三、产品使用说明

测定过程中所需要的仪器和试剂：紫外分光光度计、1 mL 石英比色皿 (光径 10 mm)、研钵/匀浆器、可调式移液器、台式离心机、恒温水浴/培养箱、无水乙醇和蒸馏水。

1. 样本处理（可根据预实验结果适当调整样本量及比例）

①称取约 0.1 g 组织或收集 500 万细胞，加入 1 mL 提取液 A 和 10 μ L 提取液 C，使用匀浆器或研钵冰浴研磨至匀浆，4°C 600 g 离心 10 min，取上清；将离心上清液移至另一离心管中，4°C 12000 g 离心 15 min；

②步骤①离心后上清液即胞浆提取物，可用于测定从线粒体泄漏的复合体 I（此步可选做）。

③步骤①离心后沉淀中分别加入 200 μ L 提取液 A、200 μ L 提取液 B 和 4 μ L 提取液 C，冰浴超声破碎（功率 20%或 200 W，超声 5 s，间隔 10 s，重复 15 次）即为待测样本，用于线粒体复合体 I 活性测定（可用于蛋白含量测定）。

2. 测定步骤

①紫外分光光度计预热 30 min 以上，调节波长至 340 nm，蒸馏水调零。

②试验前将试剂一 37°C（哺乳动物）预热 15 min。

③在 1 mL 石英比色皿中依次加入下列试剂：

试剂	测定组 (μ L)
待测样本	50
试剂一	770
试剂二	50
试剂三	50
试剂四	80

吸光值测定：①立即充分混匀并开始计时，测定 10 s（总时间）时 340 nm 处吸光值，记为 A1；

②37°C 准确反应 180 s，测定 190 s（总时间）时 340 nm 处吸光值，记为 A2；③计算 $\Delta A = A1 - A2$ 。

3. 线粒体呼吸链复合体 I 活性计算

单位定义：每 mg 组织蛋白每分钟消耗 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{复合体 I (U/mg prot)} = \frac{\Delta A \times V_{\text{反总}} \times 10^9}{\epsilon \times d \times V_{\text{样}} \times \text{Cpr} \times T} = \frac{1071.81 \times \Delta A}{\text{Cpr}}$$

注释：V 样：反应体系中加入待测样本的体积，0.05 mL；V 反总：反应体系总体积，1 $\times 10^{-3}$ L；

ϵ ：NADH 摩尔消光系数，6.22 $\times 10^3$ L/mol/cm；d：1 mL 石英比色皿光径，1 cm；T：反应时间，3 min；

Cpr：样本蛋白浓度，mg/mL；10⁹：单位换算系数，1 mol = 10⁹ nmol。

四、注意事项

- ①若 A1 大于 1.5 或 ΔA 大于 0.4，将待测样本使用蒸馏水稀释后再进行测定，计算时相应修改；
- ②提取液中含有约 1 mg/mL 的蛋白，测定样本蛋白浓度时需减去提取液自身的蛋白含量；
- ③准确在规定时间点完成吸光值的测定，以保证结果的准确性和重复性；
- ④为保证结果准确且避免试剂损失，测定前请仔细阅读说明书（以实际收到说明书内容为准），确认试剂储存和准备是否充分，操作步骤是否清楚，且务必取 2-3 个预期差异较大的样本进行预测定，过程中问题请您及时与工作人员联系；
- ⑤推荐使用样本蛋白浓度计算酶活，若使用样本质量计算，则需加测胞浆提取物酶活，上清和沉淀酶活之和为总酶活。

附：使用组织样本质量计算的公式

单位定义：每 g 组织在反应体系中每分钟消耗 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{上清中复合体 I (U/g)} = \frac{\Delta A1 \times V_{\text{反总}} \times V_{\text{提}} \times 10^9}{\epsilon \times d \times W \times V_{\text{样}} \times T} = \frac{1082.53 \times \Delta A1}{W}$$

$$\text{沉淀中复合体 I (U/g)} = \frac{\Delta A2 \times V_{\text{反总}} \times V_{\text{样总}} \times 10^9}{\epsilon \times d \times W \times V_{\text{样}} \times T} = \frac{433.01 \times \Delta A2}{W}$$

$$\text{复合体 I (U/g)} = \text{上清中复合体 I} + \text{沉淀中复合体 I} = \frac{1082.53 \times \Delta A1}{W} + \frac{433.01 \times \Delta A2}{W}$$

注释： V 反总：反应体系总体积，1×10⁻³ L；V 样：反应体系中加入待测样本的体积，0.05 mL；
V 提：待测样本总体积，1.01 mL；V 样总：沉淀重悬体积，0.404 mL；ε：NADH 摩尔消光系数，6.22×10³ L/mol/cm；d：石英比色皿光径，1 cm；T：反应时间，3 min；Cpr：样本蛋白浓度，mg/mL；
10⁹：单位换算系数，1 mol=10⁹ nmol；ΔA1：上清测定值；ΔA2：沉淀测定值。

For Research Use Only. Not for Use in Diagnostic Procedures.

boxbio

Manufactured and Distributed by

Beijing Boxbio Science & Technology Co., Ltd.

Liaodong U Valley, Tongzhou District, Beijing, China

TEL: 400-805-8228

E-MAIL: techsupport@boxbio.cn

Copyright © 2020 Boxbio, All Rights Reserved.

